



Stalowa Wola, 17.01.2018

## WYBÓR OFERTY

### INFORMACJE OGÓLNE

**Nazwa projektu:**

Kontynuacja badań w ramach Projektu „Prace B+R nad innowacyjnymi wielkogabarytowymi łożyskami wieńcowymi na bazie lekkich materiałów konstrukcyjnych”

**Oś priorytetowa/działanie/schemat:**

Działania 1.1 – „Projekty B+R przedsiębiorstw”, w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 –2020.

**Beneficjent udzielający zamówienia:**

P.P.U.H. „INTERMECH” Sp. z o.o.  
ul. Przemysława 9B  
37-450 Stalowa Wola

**Przedmiot Zamówienia :**

Zakup części jak niżej:

- 1) Przetwornik ciśnienia dla przemysłu – 2 szt.

Zakres wskazań: 0 ÷ 400 bar

Przyłącze procesowe: G 1/4” A

Błąd pomiaru: ±0,5%

Sygnal wyjściowy: 0 ÷ 10 V (3-przewodowo)

Przyłącza elektryczne: wtyczka kątowna IP65

Temperatura medium: -30 ÷ 100 °C

Zasilanie: 8...36 VDC dla sygnału 4 ... 20 mA, 0...5 V oraz 0,5 ...4,5 V  
12...36 VDC dla sygnału 0 ...10 V

- 2) Przetwornik ciśnienia dla przemysłu – 2 szt.

Zakres wskazań : 0 ÷ 70 bar

Przyłącze procesowe: G 1/4” A

Błąd pomiaru: ±0,5%

Sygnal wyjściowy: 0 ÷ 10 V (3-przewodowo)

Przyłącza elektryczne: wtyczka kątowna IP65

Temperatura medium: -30 ÷ 100 °C

Zasilanie: 8...36 VDC dla sygnału 4 ... 20 mA, 0...5 V oraz 0,5 ...4,5 V  
12...36 VDC dla sygnału 0 ...10 V



3) Czujnik pomiarowy liniowy – 6szt

Zakres: 10mm

Rozdzielczość 0,001 mm

Sygnal SSI Absolutny

4) Przetwornik siły ściskającej typ C9C – 4szt.

Klasa dokładności – 0,2

Nominalna siła ściskająca – 50kN

5) Części składowe układu hydraulicznego jak na dołączonym rysunku (patrz załącznik) – 4szt  
- przetwornik ciśnienia symbol: HED 4 OA 16/100 Z 15 L24 S lub HED8OA-2X/100K14S

**Za najkorzystniejszą uznano ofertę :**

Dla pozycji nr.1 i nr. 2 brak oferty spełniającej warunki techniczne lub kryteria terminu dostawy.

Dla pozycji nr. 3 brak ofert.

Dla pozycji nr. 4 oferta z dnia 21.12.2017 Firmy: „**MW-Biuro Inżynierskie**”

Przedstawiciel firmy **HBM** w Polsce, Jakubowice 2, 27-530 Ożarów k/ Sandomierza

Dla pozycji nr. 5 brak ofert.

**Uzasadnienie:**

Do dnia 26.12.2017 IM otrzymał tylko jedną ofertę spełniającą wymogi z zapytania, dotyczyła ona pozycji nr.4. Pozostałe oferty nie spełniały wymogów technicznych lub kryteriów terminu dostawy.